

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Farabi Hastanesi	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Başhekimliği			
	KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI			
Dok. Kodu: BL.TL.11	Yayın Tarihi:20.04.2022	Revizyon Numarası:01	Revizyon Tarihi:20.09.2024	Sayfa Sayı:1

1. 0 AMAÇ

KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı Bölümünde panik değer bildirim sürecini ve süreçlere yönelik sorumlulukları tanımlamak

2. 0 KAPSAM

Bu talimat KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı Bölümünde panik değer bildirim süreçlerini kapsar.

3.0 KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

LBYS: Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi

4.0 TANIMLAR

Panik Değer: Test sonuçlarının hastayı yaşamsal açıdan tehdit edecek düzeyde düşük ya da yüksek olarak bulunmasıdır.

5.0 SORUMLULAR

Testleri çalışan laboratuvar personeli, klinik biyokimya laboratuvar sorumluları ve araştırma görevlileri bu düzenlemeden sorumludur.

6.0 FALİYET AKIŞI

Panik Değer Bildirim Süreci

- Panik değerler HBYS ve LBYS üzerinden tanımlanmıştır.
- Akılcı laboratuvar uygulamaları kapsamında güncellenen **“Panik Değer Listesi”** ne ait bir test sonucu ölçüldüğünde, panik değer aralığında olan sonuçlarda LBYS üzerinden mor renkli bant şeklinde renkli şerit olarak renk değişikliği ile görüntülü olarak uyarı verilir.
- Test sonucunun hatalı olduğu düşünülüyorsa örnek tekrar kontrol edilmeli ve hata sebebi araştırılmalıdır. Bu testler yeniden çalışılmalı veya hata sebebine göre reddedilmelidir.
- Klinisyenle görüş alışverişinde bulunularak klinik ile uyumsuz durumlarda yeni numune ile tekrar test istemi yapılmalıdır.
- Tekrar sonuçları da panik değer listesinde ise LBYS’ de yer alan panik değer bildirim formu doldurularak telefon ile hastanın hekimine veya hemşiresine bilgi verilmelidir.
- Aynı zamanda, panik değer sonuçları uzman onayı aldıktan hemen sonra istemin yapıldığı birimdeki bilgisayarlara HBYS programı üzerinden uyarı olarak da düşmektedir.
- Aynı hastada gün içinde farklı zamanlarda alınan numunelerde aynı test için panik değer uyarısı varsa her bir test sonucu için HBYS programı üzerinden panik değer bildirim yapılır. Poliklinik hastaları için klinisyen telefonla da bilgilendirilir. Serviste yatan hastalar için telefonla ayrıca bilgilendirme yapılmaz.

7.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1 Panik Değer Listesi